

ЭТИКЕТКА

Преобразователь измерительный калориметрический
ПИК 4.681.465 № 02041

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Этикетка должна быть вклеена в формуляр на ваттметр поглощаемой мощности МЗ-56 и постоянно находиться с прибором.

Значение коэффициента эффективности K_3 преобразователя для соответствующего диапазона частот используется при определении значения измеряемой мощности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Данные по ТУ	Фактические данные
Входное сопротивление на постоянном токе, Ом	$50 \pm 3,5$	<u>49</u>
Выходное сопротивление, кОм	не более 3,5	<u>2,8</u>
Коэффициент эффективности в диапазоне частот: от 0 до 12 ГГц свыше 12 и до 17,85 ГГц	$0,96 - 1,06$ $0,93 - 1,05$	<u>0,98</u> <u>0,95</u>
Коэффициент стоячей волны в диапазоне частот: от 0 до 3 ГГц свыше 3 и до 12 ГГц свыше 12 и до 17,85 ГГц	не более 1,15 не более 1,3 не более 1,4	<u>1,02</u> <u>1,18</u> <u>1,20</u>
Коэффициент преобразования, мВ/Вт	3,4 - 4,2	<u>3,8</u>

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь измерительный калориметрический ПИК 4.681.465 заводской номер 02041 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____

(подпись) 2

« ____ » ____ 20 ____ г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации преобразователя 6 месяцев с момента отправки его потребителю.